



EIROPAS SAVIENĪBA



EIROPAS REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS FONDS

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



APSTIPRINĀTS

Elektronikas un datorzinātņu institūta
Iepirkumu komisijas
2013.gada 14. oktobra sēdē
protokols Nr.1-3-22/2013/6/2

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
I.Tentere

GROZĪJUMI

ELEKTRONIKAS UN DATORZINĀTŅU INSTITŪTA ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMĀ

„Zinātniskās aparātūras un aprīkojuma iekārtu piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas numurs
EDI 2013/6

Rīga

2013

Pamatojoties uz 2013.gada 14.oktobra Elektronikas un datorzinātņu institūta pastāvīgās iepirkumu komisijas sēdē pieņemto lēmumu, atklāta konkursa nolikumā „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros” (turpmāk – nolikums) tiek veikti šādi grozījumi:

1. Izteikt nolikuma 1.12. apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

„1.12. Pretendenta jautājumi un papildu informācijas pieprasījumi: Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs sniedz atbildi piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā un kopā ar uzdoto jautājumu publicē Pasūtītāja mājaslapā.”

2. Izteikt nolikuma 2.2.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

„2.2. Piedāvājumu iesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 17:00 līdz 2013.gada 13.novembrim plkst. 10.00.”

3. Izteikt nolikuma 2.3.apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

„2.3. Piedāvājumus atver Institūtā: B korpusa 101.telpā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā 2013.gada 13.novembrī plkst. 10.00.”

4. Izteikt nolikuma 2.6.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

„2.6. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts Nolikuma 2.2. apakšpunktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 2013.gada 13.novembrim plkst. 10.00.”

5. Aizstāt nolikuma 9.3.apakšpunktā vārdu kopu „Komisija var pieprasīt” ar vārdu kopu „Komisijai **ir pienākums** pieprasīt”.

6. Papildināt nolikumu ar 10.8.¹ un 10.8.² apakšpunktiem šādā redakcijā:

„10.8.¹ Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

10.8.² Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt

iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.”

7. Izslēgt nolikuma 11.1.3. un 11.1.4.apakšpunktus.

8. Grozīt apakšpunktu numerāciju no 11.1.5. uz 11.1.3., no 11.1.6. uz 11.1.4., no 11.1.7. uz 11.1.5., no 11.1.8. uz 11.1.6

9. Papildināt nolikumu ar 11.2.4.¹ un 11.2.4.² apakšpunktiem šādā redakcijā:

„11.2.4.¹ pieprasīt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija rakstiski izskaidro vai papildina iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju;

11.2.4.² labot Pretendenta piedāvājumā aritmētiskās kļūdas, ja tādas konstatē;”.

10. Izslēgt nolikuma 13.2.apakšpunktu.

11. Grozīt apakšpunktu numerāciju no 13.3. uz 13.2., no 13.4. uz 13.3.

12. **Svītrot** nolikuma 2. pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 18.daļas “Ātrdarbīgo fotodetektoru impulsreakcijas mērīšanas iekārtu piegāde” 1.punktā noteikto **minimālo prasību „Maksimumjauda (FC konektora izejā) tip.10 mW min.5 mW”** impulsa lāzeram ar vadības sistēmu.

13. Izteikt nolikuma 2. pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 18.daļas “Ātrdarbīgo fotodetektoru impulsreakcijas mērīšanas iekārtu piegāde” 3.punktā noteiktās minimālās prasības platjoslas pastiprinātājam šādā redakcijā:

„3. Frekvences joslas platums (-3 dB) no 50 kHz līdz 1.5 GHz; Sprieguma pastiprinājums ne mazāk kā 36 dB; Strāva-spriegums pārveidošanas koeficients 3.15 mV/uA; Pastiprinātāja Ieeja (Izeja) +/-Voltage (non-inverted); Ieejas Impedance 50 Ω;Ieteicamā slodzes pretestība 50 Ω; maks. izejas signāla spriegums +0.8, -2.5 slodzē 50Ω; **ieejas un izejas konektori BNC Jack**; Barošanas spriegums no +12 līdz +16 V”.

Izteikt 3.punktā noteikto piemēru šādā redakcijā:

„Piemēram,
C5594-44
Hamamatsu
vai ekvivalents”.

14. Izteikt nolikuma 2. pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 21.daļā „Osciloskopa ar piederumiem piegāde” noteiktās minimālās prasības osciloskopam ar piederumiem šādā redakcijā:

Iekārtas nosaukums	Minimālās Prasības	Piezīmes	Daudzums/ vienības nosaukums
Osciloskops ar piederumiem	Vismaz 20 GHz reāla laika osciloskops ar piederumiem 4 kanāli, 50 GS/s Ieraksta garums vismaz 10M point	Piemēram TEKTRONIX DPO72004C	1 gab.

	Jitter ne vairāk kā 290fs Barošana 220VAC 1. Pasīvie adapteri (4 gab.) uz BNC 2. Pasīvie adapteri (4 gab.) uz 292MM 3. Pasīvie adapteri (4 gab.) uz SMA 4. 20 GHz diferenciālais tausts 5. 6 GHz diferenciālais tausts 6. Zems frekvences 1MΩ aktīvā probe (2 gab.) 7. DC to 1 GHz, 42 V, diferenciālais tausts	www.tek.com 1. Pasīvie adapteri (4 gab.) TCA-BNC 2. Pasīvie adapteri (4 gab.) TCA-292MM 3. Pasīvie adapteri (4 gab.) TCA-SMA4. 4. piederums P7520A 5. piederums P7506 6. piederums TCA-1MEG 7. piederums P6251 Vai ekvivalents	
--	---	---	--

15. Izteikt nolikuma 2. pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 28.daļā „Spektrometru piegāde” 2.punktā noteiktās minimālās prasības miniatūrajam spektrometra gaismas avotam šādā redakcijā:

2.	Miniatūrs spektrometra gaismas avots	3.1. Spektrālais diapazons	Vismaz 370 nm – 2400nm	Piemēram, ražotāja Ocean Optics modelis HL-2000 HP-FHSA vai cita ražotāja ekvivalents, jauns, darba kārtībā ar norādīto aprīkojumu un ar darbībai nepieciešamo programmatūru	1 gab.
		3.2. Lampas tips	Halogens		
		3.3. Kvēldiega temperatūra	Ne mazāk kā 2900°K		
		3.4. Stabilitāte	Vismaz 0,6%		
		3.5. Spuldzes darbības laiks	Vismaz 2000 stundas		
		3.6. Aprīkojums	Vismaz filtra turētājs, vājinātājs un aizvars (shutter)		
		3.7. Spuldzes jauda	Ne vairāk kā 20W		

3.8. Gaismas avota nestabilitāte	Ne lielāka kā 0,4% stundā
3.9. Strāvas patēriņš	Ne vairāk kā 2,0A
3.10. Barošanas spriegums	Līdzspriegums ne vairāk kā 12V
3.11. Ierīces stabilizācijas laiks	Ne vairāk kā 6 min.
3.12. Ierīces svars	Ne vairāk kā 0.5 kg
3.13. Ierīces izmēri	Ne vairāk kā 80mm x 80mm x 160mm
3.14. Garantija (ražotāja un/vai pārdevēja)	Vismaz 3 gadi
3.15. Darba temperatūras diapazons	Vismaz 5°C - 30°C

16. Izteikt nolikuma 5. pielikuma „Iepirkuma līguma projekts” 9.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.4. Piegādātājs var aizstāt Līgumā norādīto Preci ar citu tās modeli, ja Piegādātāja Piedāvājumā norādītā Preces modeļa ražošana ir pārtraukta pēc Piegādātāja Piedāvājuma iesniegšanas un to apliecina attiecīgās Preces ražotājs vai izplatītājs. Piegādātājs var aizstāt Līgumā norādīto Preci ar citu tās modeli, kas ir ekvivalents vai labāks par Konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām tehniskajām prasībām attiecīgajai Precei un ja Līguma grozījumi ir noformēti rakstiski kā pielikums Līgumam, ko parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses. Preces cena paliek nemainīga”.

I.Ķīse 67558206
inguna.kise@edi.lv